

2本溶解する場合の操作方法 (2.5mLの薬液を2本使用する場合)

- ① 基本溶解操作方法の1～9に従い2本分溶解します。
- ② 1本目のシリンジ(A)の薬液を抜き取り、エア抜きをします。
- ③ 2本目のバイアル(B)からシリンジをはずします。
- ④ 1本目のバイアル(A)からシリンジをはずし、2本目のバイアル(B)に接続し、残りの薬液を抜き取り、エア抜きをします。
- ⑤ 翼付針のキャップをはずして、シリンジに接続します。

薬液が5mL以上で大きなシリンジが必要な場合は、医療機関にご相談ください。

廃棄の手順

- ① 誤刺防止機能である、翼付針のストッパーを両側をつまんでロックをはずします。そのまま引いて針をプロテクター内に収納します。
- ② 医療機関の指示に従って分別します。

パッケージについて

- 2つ連結したパッケージは1つずつに分けられます。



ジビイ® 静注用の溶解操作方法

溶解操作で使用するもの



その他(付属物)



溶解操作や注射手技については、
医療機関の指導に従って、行ってください。



製造販売元【文献請求先及び問い合わせ先】
バイエル薬品株式会社
大阪市北区梅田2-4-9 〒530-0001
<https://byl.bayer.co.jp/>
【コンタクトセンター】
0120-106-398
<受付時間> 9:00～17:30(土日祝日・当社休日を除く)

2020年12月作成
資料番号 JIV200903

溶解操作方法の手順

ジビイ® 静注用 の基本溶解操作方法

1

未開封のバイアルと注射用水入シリンジが冷たい場合、冷たさがなくなるまで手で温めます。



2

バイアルのキャップをはずし、ゴム栓の部分をアルコール綿で消毒します。



❗ 消毒後、ゴム栓には直接指で触れないこと

3

バイアルアダプターの保護シートをはずし、ケースに入れたままバイアルに**しっかり**押し下げます。

重要



ゴム栓の円の中央に刺す

4

バイアルアダプターのケースのみはずします。



❗ バイアルアダプターの針の部分には直接触れないこと

5

注射用水入シリンジのゴム栓にプランジャーを接続します。

矢印の向きに回して、接続



❗ プランジャーの側面、先端部には触れないこと

6

注射用水入シリンジのキャップをはずします。

つなぎ目を前後に折るように



❗ 注射用水入シリンジの先端部には触れないこと

7

バイアルアダプターに注射用水入シリンジを接続します。

矢印の向きに止まるまで回して、接続



❗ 注射用水入シリンジは回しすぎると壊れたり、はずれくなるので、注意すること

8

プランジャーを**ゆっくり**押し下げ、注射用水をバイアル内に入れます。



❗ 泡立たないように、ゆっくり押し下げること

9

バイアルを**静かに**円を描くように回し、完全に溶かします。



❗ 強く振らないこと

10

バイアルを逆さにして、プランジャーを**ゆっくり**引き、注射液をシリンジに移します。注射液を抜き取ったら、シリンジはバイアルから取りはずします。



広い溝が下になるように斜めに傾けて吸う

注射液が少なくなったら縦にして吸うと、注射液がバイアルの中にほとんど残りません

❗ シリンジを置くときは平らな場所に水平に置くこと

11

翼付針のキャップをはずして、シリンジに接続します。



矢印の向きに回して、接続