

2本溶解する場合の操作方法 (2.5mLの薬液を2本使用する場合)

① 基本溶解操作方法の1~9に従い2本分溶解します。



② 1本目のシリンジ(A)の薬液を抜き取り、エア抜きをします。



③ 2本目のバイアル(B)からシリンジをはずします。



無菌状態を保つため、1本目のシリンジを接続する直前にはずします。

④ 1本目のバイアル(A)からシリンジをはずし、2本目のバイアル(B)に接続し、残りの薬液を抜き取り、エア抜きをします。



⑤ 翼付針のキャップをはずして、シリンジに接続します。




矢印の向きに回して、接続

薬液が5mL以上で大きなシリンジが必要な場合は、医療機関にご相談ください。

廃棄の手順

① 誤刺防止機能である、翼付針のストッパーを両側をつまんでロックをはずします。そのまま引いて針をプロテクター内に収納します。



② 医療機関の指示に従って分別します。



パッケージについて

● 2つ連結したパッケージは1つずつに分けられます。



ミシン目入りで折りたたみやすく廃棄しやすい構造です

ジビイ® 静注用の溶解操作方法

溶解操作で使用するもの

バイアル



● 注射用水入シリンジ
● ブランジャー
全規格の注射用水 2.5mL

バイアルアダプター
(フィルター付)

セーフフィルター-PSVセット
(フィルター付翼付針)

その他(付属物)

スワブ
(消毒用アルコール綿)



溶解操作方法説明書



廃棄用
ポリエチレン袋



救急絆創膏



溶解操作や注射手技については、
医療機関の指導に従って、行ってください。



製造販売元【文献請求先及び問い合わせ先】
バイエル薬品株式会社
大阪市北区梅田2-4-9 〒530-0001
https://pharma.bayer.jp
【コンタクトセンター】
0120-106-398
<受付時間> 9:00~17:30(土日祝日・当社休日を除く)

2024年2月作成
資料番号 JIV242102

1 未開封のバイアルと注射用水入シリンジが冷たい場合、冷たさがなくなるまで手で温めます。



2 バイアルのキャップをはずし、ゴム栓の部分をアルコール綿で消毒します。



重要

消毒後、ゴム栓には直接指で触れないこと

3 バイアルアダプターの保護シートをはずし、ケースに入れたままバイアルに**しっかり**押し下げます。



重要

ゴム栓の円の中央に刺す

4 バイアルアダプターのケースのみはずします。



バイアルアダプターの針の部分には直接触れないこと

5 注射用水入シリンジのゴム栓にプランジャーを接続します。



矢印の向きに回して、接続

プランジャーの側面、先端部には触れないこと

6 注射用水入シリンジのキャップをはずします。



つなぎ目を前後に折るように

注射用水入シリンジの先端部には触れないこと

7 バイアルアダプターに注射用水入シリンジを接続します。



矢印の向きに止まるまで回して、接続

注射用水入シリンジは回しすぎると壊れたり、はずれなくなるので、注意すること

8 プランジャーを**ゆっくり**押し下げ、注射用水をバイアル内に入れます。



泡立たないように、ゆっくり押し下げること

9 バイアルを**静かに**円を描くように回し、完全に溶かします。



強く振らないこと

10 バイアルを逆さにして、プランジャーを**ゆっくり**引き、注射液をシリンジに移します。注射液を抜き取ったら、シリンジはバイアルから取りはずします。



広い溝が下になるように斜めに傾けて吸う

注射液が少なくなったら縦にして吸うと、注射液がバイアルの中にほとんど残りません

シリンジを置くときは平らな場所に水平に置くこと

11 翼付針のキャップをはずして、シリンジに接続します。



矢印の向きに回して、接続